

# EVOLUTION

## POSIZIONATORI PER PAZIENTE

### ISTRUZIONI PER L'USO DEI POSIZIONATORI A CORPO SUPINO

TESTA – PAGINA 3					
COPERTURE		POSIZIONATORI COPERTURE TESTA SUPINA			
REF	CSHP12	REF	SHP12	Piccolo	MODELLO 1
REF	CSHP14	REF	SHP14	Grande	MODELLO 1
REF	CSHP23	REF	SHP23	Medio	MODELLO 2
REF	CSHP24	REF	SHP24	Grande	MODELLO 2

BRACCIO – PAGINA 4		
POSIZIONATORE A BRACCIO SUPINO		
REF	SAP14	Grande
REF	SAP13	Medio
KIT DI FASCE DI FISSAGGIO		
REF	SRK14	Grande

BUSTO – PAGINA 5			
POSIZIONATORI A BUSTO SUPINO			
REF	STPL14	SINISTRA	GRANDE
REF	STPR14	DESTRA	GRANDE

GINOCCHIO E PIEDE – PAGINA 6			
POSIZIONATORI A PIEDE SUPINO			
REF	SFPL14	GRANDE	SINISTRA
REF	SFPR14	GRANDE	DESTRA
REF	SFPP13	Medio	UNIVERSALE
POSIZIONATORI A GINOCCHIO SUPINO			
REF	SKPP14	GRANDE	UNIVERSALE
REF	SKPP13	Medio	UNIVERSALE

FASE PREOPERATORIA GENERALE	
PAGINA	Immagine
2	2 ISPEZIONARE PRIMA DELL'USO
	2 UTILIZZARE SU SUPERFICIE ASCIUTTA
	2 MANTENERE ASCIUTTO
	2 USO INADEGUATO 1. DUBBIO 2. FUORI
	2 NON SOLLECITARE ECCESSIVAMENTE GLI ARTI
	2 EVITARE SOLLECITAZIONI ECCESSIVE DEI POSIZIONATORI

TESTA	
PAGINA	Immagine
3	2 NON UTILIZZARE COPERTURE DANNEGGIATE
	2 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
	2 MANTENERE ASCIUTTO
	2 NON COPRIRE IL FORO DI AREAZIONE
	2 USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO

Data di pubblicazione: 25 Marzo 2020

© Le informazioni fornite sono di Copyright della VascoCare Medical Ltd.

Italian	
BRACCIO	
PAGINA	Immagine
4	2 POSIZIONATORE A BRACCIO SUPINO
	2 LIMITI DI ALTEZZA E PESO DEL PAZIENTE
	2 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
	2 GOMITO
	2 SUPPORTO BRACCIO CON FASCE DI FISSAGGIO
	2 UNIVERSALE
	2 USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO
	2 ALLACCIARE

BUSTO	
PAGINA	Immagine
5	2 POSIZIONATORI A BUSTO SUPINO DESTRA / SINISTRA
	2 LIMITI DI ALTEZZA E PESO DEL PAZIENTE
	2 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
	2 USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO

GINOCCHIO E PIEDE	
PAGINA	Immagine
6	2 POSIZIONATORI A GINOCCHIO E PIEDE DESTRA / SINISTRA
	2 INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
	2 UTILIZZARE INSIEME
	2 USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO
	2 UNIVERSALE

OPERAZIONE	
PAGINA	Immagine
7	2 NON UTILIZZARE IN CORRISPONDENZA DEL TRATTAMENTO CHIRURGICO
	2 EVITARE L'ATTRITO
	2 EVITARE DI MESSA IN COMUNE DI LIQUIDO
	2 MONITORARE ZONE EDEMATOSE
	2 EVITARE CONDIZIONI DI SCARICHE ELETTROSTATICHE
	2 VERIFICARE LA POSIZIONE DELLA COPERTURA

POST-OPERATORIO	
PAGINA	Immagine
8	2 PROCEDURA DI PULIZIA / DISINFEZIONE PROCEDURA
	2 PRINCIPIO ATTIVO <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> IPOCLORITO DI SODIO</li><li><input type="checkbox"/> CLORURO DI SODIO</li><li><input type="checkbox"/> PANNI IMBEVUTI CON ALCOL PROPILICO</li><li><input type="checkbox"/> DICLOROISOCIANURATO DI SODIO</li></ul>
	DISINFETTANTE CONSIGLIATO
	2 DETERGENTI STANDARD
	2 NON IMMERGERE NEL DISINFETTANTE
	2 STERILIZZAZIONE A GAS
	2 ISPEZIONARE DOPO L'USO
	2 IL CAMBIAMENTO DI COLORE DA DISINFETTANTE NON ALTERA LA QUALITÀ

②	SCADENZA DEL PRODOTTO DEFORME FESSURATO STRAPPATO
②	NON CONDUTTIVI
②	RAGGI X, CT SCANNING
②	IMMAGAZZINAMENTO
②	MODI DI STOCCAGGIO

**PAGINA 10:** QUALSIASI GRAVE INCIDENTE OCCORSO UTILIZZANDO QUESTO DISPOSITIVO DOVRÀ ESSERE SEGNALATO AL FABBRICANTE ED ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO NEL QUALE L'UTILIZZATORE RISIEDE.